

**Аналізатор глюкози та лактату автоматичний (38434520-7)
(ДК 021:2015:38430000-8 Детектори та аналізатори)
(НК 024:2023 – 44206 Автоматичний аналізатор глюкози IVD
(діагностика in vitro) лабораторний))
оголошено 06.12.2023 року
на 2023 рік**

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК»
Код згідно з ЄДРПОУ замовника:	03399089
Місцезнаходження замовника:	43005, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, буд.18
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Ляшук Марина Володимирівна, +380979883162, marinalia@ukr.net
Вид предмета закупівлі:	Товари
Узагальнена назва предмета закупівлі:	Аналізатор глюкози та лактату автоматичний (38434520-7) (ДК 021:2015:38430000-8 Детектори та аналізатори) (НК 024:2023 – 44206 Автоматичний аналізатор глюкози IVD (діагностика in vitro) лабораторний))
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:38430000-8 Детектори та аналізатори
Кількість товарів:	Аналізатор глюкози та лактату автоматичний (38434520-7) – 1 штука
Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:	Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій даного товару через інформацію, яка було доступна на офіційних сайтах постачальників даного товару, в тому числі через систему ПРОЗОРРО. <u>Очікувана вартість</u> – 200 000,00 UAH Джерело фінансування закупівлі: - 200 000,00 UAH місцевий бюджет
Зміст технічних вимог	
Тип приладу	
Аналізатор глюкози та лактату автоматичний	
Склад комплекту поставки (комплектація)	
Аналізатор глюкози та лактату автоматичний - 1 одиниця	
Набір реагентів для вводу в експлуатацію – не менше 500 досліджень	
Керівництво користувача (інструкція) – не менше 1 одиниці	
Вимоги та характеристики	
Принцип вимірювання - амперометричний	
Вимірювання за допомогою - чіп-сенсору	
Тип проби - кров, плазма, сироватка	

Діапазон вимірювання, не гірше: - для глюкози 1 – 50 ммоль/л - для лактату 1 – 40 ммоль/л
Термін служби сенсорів, не менше: - для глюкози - 7000 проб - для лактату 6000 проб
Об'єм проби - не більше 20 мкл
Точність вимірювання - $CV \leq 1.5\%$
Позицій для проб - не менше 5
Додаткові позиції - для контролю, стандарту та екстреної проби
Порт передачі даних - RS 232C